


| | | |
|---|--|-------------------------|
|  SZ-ŽZD Ljubljana DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ | SPOROČANJE REZULTATOV LABORATORIJSKIH PREISKAV IN KRITIČNIH VREDNOSTI | ŠT. DOK. SOP 5102/72 |
|---|--|-------------------------|

Naročnike preiskav o rezultatih analiz obveščamo na več načinov, odvisno od okoliščin sodelovanja:

- **pisni izvid** (končna verzija) izdamo po predhodni identifikaciji samoplačnikom, pacientom in od njih pooblaščenim osebam. Naročnikom tudi posredujemo pisne izvide zunanjih laboratorijev s katerimi Železniški zdravstveni dom ni povezan računalniško. O izdanih izvidih vodimo evidenco.
- **elektronski izvid** izdajamo vsem naročnikom, ki so preko ustreznega informacijskega sistema povezani z laboratorijem.
- **telefonsko sporočamo rezultate** le izjemoma: v primeru sporočanja kritičnih vrednosti in, če računalniški informacijski sistemi ne delujejo. Telefonsko komuniciramo z naročniki tudi v primeru nejasnosti pri rezultatih preiskav in v primeru, ko analiza vzorca oziroma izvedba določenih preiskav ni možna.

Kritične vrednosti, ki jih sporočamo naročnikom po telefonu:

| Preiskave | Spodnja meja | Zgornja meja | Enote |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| K – Levkociti | pod 3,1 | nad 20,0 | x10 ⁹ /L |
| K – Hemoglobin | pod 60 | nad 200 | g/L |
| K – Hematokrit | pod 0,18 | nad 0,60 | L/L |
| K - Trombociti | pod 20 | nad 1000 | x10 ⁹ /L |
| S – CRP | | nad 100 | g/L |
| Sedimentacija | | nad 100 | mm/h |
| S – Kalij | pod 3,0 | nad 6,0 | mmol/L |
| S – Natrij | pod 125 | nad 150 | mmol/L |
| S – Glukoza | pod 3,0 | nad 20,0 | mmol/L |

| PRIPRAVIL | PREGLEDAL | ODOBRIL | KLASIFIKACIJSKI ZNAK | DATUM | VERZIJA | STRAN |
|---|------------------|---|----------------------|-----------|---------|--------------|
| Mag. Alenka France Štiglic, spec. med. biokem. | Ludvika Prešeren | Mag. Alenka France Štiglic, spec. med. biokem. | 0162 | 3.10.2021 | 1 | Stran 1 od 1 |

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporablja izvorni dokument (elektronska ali overjena pisna verzija), ki se nahaja v prostorih vodstva Zavoda.